گواهی آزمون

کد مدرک : QM-F-510-01-01		صفحه ۱ از ۲

نام درخواست کننده : مهام کیمیا پژوه
نوع درخواست: برون سازمانی
تاریخ درخواست :۱۴۰۴/۰۲/۰۷
شماره گواهی آزمون : ۰۴۰۱۹۱
آدرس درخواست کننده : اراک- کیلومتر ۵ جاده خمین-پارک علم و فناوری استان مرکزی

کد پیگیری: I04-1127
کد پروژه/قرارداد:
تاریخ انجام آزمون :۱۴۰۴/۰۲/۱۴
تاریخ صدور گواهی آزمون : ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
شماره دبیرخانه: ۱۴۰۴/۴۰۴۱۳۹

روش آزمون : ICP-MS

اسپکترومتری اتمی- اسپکترومتری اتمی جرمی ICP/MS

ردیف	کد نمونه	کد آزمایشگاه	موضوع آزمون	نتیجه	واحد
۱	آب فوق خالص	I04-1127/001	Li	< 1	µg/L
۲	آب فوق خالص	I04-1127/001	Na	< 1	µg/L
۳	آب فوق خالص	I04-1127/001	K	< 1	µg/L
۴	آب فوق خالص	I04-1127/001	Mg	< 1	µg/L
۵	آب فوق خالص	I04-1127/001	Ca	1.1	µg/L
۶	آب فوق خالص	I04-1127/001	Sr	< 1	µg/L
۷	آب فوق خالص	I04-1127/001	Ba	< 1	µg/L
۸	آب فوق خالص	I04-1127/001	Cr	< 1	µg/L
۹	آب فوق خالص	I04-1127/001	Mn	< 1	µg/L
۱۰	آب فوق خالص	I04-1127/001	Fe	< 1	µg/L
۱۱	آب فوق خالص	I04-1127/001	Co	< 1	µg/L
۱۲	آب فوق خالص	I04-1127/001	Ni	< 1	µg/L
۱۳	آب فوق خالص	I04-1127/001	Cu	< 1	µg/L
۱۴	آب فوق خالص	I04-1127/001	Zn	< 1	µg/L
۱۵	آب فوق خالص	I04-1127/001	Al	< 1	µg/L
۱۶	آب فوق خالص	I04-1127/001	Ga	< 1	µg/L
۱۷	آب فوق خالص	I04-1127/001	In	< 1	µg/L
۱۸	آب فوق خالص	I04-1127/001	Tl	< 1	µg/L
۱۹	آب فوق خالص	I04-1127/001	Pb	< 1	µg/L
۲۰	آب فوق خالص	I04-1127/001	Bi	< 1	µg/L

ملاحظات :

تهیه کننده: کارشناس	تایید کننده: کارشناس ارشد	تصویب کننده: مدیر فنی

توضیحات : این گواهی بدون مهر آزمایشگاه، فاقد اعتبار است.
نتایج تنها مربوط به اقلام آزمون است و این گزارش به معنای گواهی انطباق نیست.
نمونه ها در صورت پایدار بودن، بعد از انجام آزمون به مدت دو هفته در آزمایشگاه نگهداری خواهند شد.
هرگونه کپی برداری از این گواهی باید با اجازه مکتوب آزمایشگاه، به صورت کامل و از تمامی صفحات باشد.

محل الصاق مهر
پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
آزمایشگاه مرکزی

بسمه تعالی
سازمان انرژی اتمی ایران

پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

آزمایشگاه مرکزی

NACI Accredited Laboratory آزمایشگاه تایید صلاحیت شده Testing آزمون Reg No. 282 شماره گواهینامه

کد مدرک : QM-F-510-01-01	گواهی آزمون	صفحه ۲ از ۲

نام درخواست کننده : مهام کیمیا پژوه
نوع درخواست: برون سازمانی
تاریخ درخواست :۱۴۰۴/۰۲/۰۷
شماره گواهی آزمون : ۰۴۰۱۹۱
آدرس درخواست کننده : اراک-کیلومتر ۵ جاده خمین-پارک علم و فناوری استان مرکزی

کد پیگیری: I04-1127
کد پروژه/قرارداد:
تاریخ انجام آزمون :۱۴۰۴/۰۲/۱۴
تاریخ صدور گواهی آزمون : ۱۴۰۴/۰۲/۱۵
شماره دبیرخانه: ۱۴۰۴/۴۰۴۱۳۹

روش آزمون : ICP-MS

اسپکترومتری اتمی- اسپکترومتری اتمی جرمی ICP/MS

ردیف	کد نمونه	کد آزمایشگاه	موضوع آزمون	نتیجه	واحد
۲۱	آب فوق خالص	I04-1127/001	Ag	< 1	µg/L
۲۲	آب فوق خالص	I04-1127/001	Cd	< 1	µg/L
۲۳	آب فوق خالص	I04-1127/001	Si	< 3	µg/L

ملاحظات :

تهیه کننده: کارشناس	تایید کننده: کارشناس ارشد	تصویب کننده: مدیر فنی

محل الصاق مهر
پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
آزمایشگاه مرکزی

توضیحات : این گواهی بدون مهر آزمایشگاه، فاقد اعتبار است.
نتایج تنها مربوط به اقلام آزمون است و این گزارش به معنای گواهی انطباق نیست.
نمونه ها در صورت پایدار بودن، بعد از انجام آزمون به مدت دو هفته در آزمایشگاه نگهداری خواهند شد.
هرگونه کپی برداری از این گواهی باید با اجازه مکتوب آزمایشگاه، به صورت کامل و از تمامی صفحات باشد.

تهران، انتهای کارگر شمالی، سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
کد پستی ۱۴۳۹۹۵۵۹۳۳ صندوق پستی ۸۳۶-۱۴۳۹۵
www.nstri.ir
centlab.nstri@aeoi.org.ir
تلفن ۸۲۰۶۶۸۸۸(۰۲۱)
تلفکس ۸۸۲۲۱۱۰۷(۰۲۱)